

A Secretaria Municipal de Saúde, em Resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2026- PROCESSO Nº 6591/2026, em atenção ao questionamento formulado:

Solicitante: R.C. Móveis e Equipamentos Hospitalares LTDA — CNPJ 02.377.937/0001-06

Data da solicitação: 19/10/2026

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao Item 02 (Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica) do Pregão/Processo em epígrafe, a Administração Pública municipal presta os seguintes esclarecimentos:

Quanto às dimensões exigidas no Edital (dimensões *internas mínimas* de 1960 mm de comprimento e largura de 860 mm) e eventual aceitação de medidas de 1,88 m x 0,88 m:

Resposta: Não serão aceitas variações dimensionais inferiores aos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório.

Fundamentação: As especificações técnicas descritas no Termo de Referência decorrem do planejamento técnico da Secretaria Municipal de Saúde, estando estritamente vinculadas aos parâmetros de padronização exigidos e à proposta vinculada aos recursos federais da Emenda Parlamentar nº 32680004 (Proposta FNS nº 12361936000125008) e aos itens de referência da RENEM. A exigência de dimensões mínimas visa garantir a compatibilidade com o padrão assistencial projetado para a unidade de saúde contemplada, não cabendo a flexibilização para medidas inferiores (como 1,88 m de comprimento), sob pena de descumprimento do padrão qualitativo e técnico aprovado no instrumento de repasse.

Quanto ao tipo de acionamento do leito:

Resposta: O edital não apresenta divergência, mas sim uma especificação que contempla as tecnologias aceitáveis para o comando dos movimentos. Conforme expresso textualmente no Termo de Referência ("*Acionamento através de*

controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira"), serão aceitos equipamentos que possuam qualquer uma das formas de acionamento ali descritas (seja por controle remoto a fio, seja por teclado de membrana integrado nas grades/peseira, ou sistemas equivalentes que atendam à especificação), desde que cumpridos todos os demais requisitos de segurança e funcionalidade previstos no edital.

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas adicionais dentro dos prazos legais estabelecidos no certame.

Atenciosamente,

Saquarema, 20 de outubro de 2026.

João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 967455
João Alberto Teixeira Oliveira
Matrícula: 967.455
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de despesa do FMS

19/10/2026 14:03 - Solicitante: 02.377.937/0001-06 - R.C. Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA

Pedido - Enviaremos novamente a solicitação de esclarecimento uma vez que a resposta do órgão não sanou nossa dúvida, ressaltando também que o intuito da solicitação não é que a especificação seja alterada mas sim que seja sanada as dúvidas uma vez que o edital prevê diversas opções e não define o que realmente deve ser cotado fazendo com que cada fornecedor envie um tipo de proposta. Sou da empresa RC Moveis e Equipamentos Hospitalares, gostaríamos de sanar uma dúvida referente ao item 02 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA, no edital consta: " dimensões internas mínimas de 1960mm de comprimento e largura de 860mm", questiona-se se serão aceitas variações dimensionais uma vez que não comprometem a funcionalidade, segurança e finalidade do objeto, sendo mantidas as demais especificações técnicas exigidas. Destaca-se que a eventual flexibilização das medidas, dentro de parâmetros razoáveis, poderá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de um maior número de fornecedores aptos, em observância aos princípios que regem as contratações públicas. Sendo assim, serão aceitas as medidas Internas de 1,88 (C) x 0,88 (L) ? No edital consta: " membranas integradas nas grades do dorso com acesso interno/externo e comando supervisor móvel na peseira" e "Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira", neste caso o edital está divergente em relação ao tipo de acionamento que a cama deve possuir, sendo assim, serão aceitos modelos com controle supervisor móvel na peseira e controle remoto a fio ?? Sendo assim, serão aceitas variações de medidas- Sim ou não ? Os movimentos devem ser acionados por qual tipo de controle: remoto a fio, remoto móvel ou membrana?

Resposta - Não respondido.